



Erstellt durch (Autoren): Eschweiler, Georg	Geprüft durch: Arnemann, Philip am 15.02.2025	Freigegeben durch: Eschweiler, Georg am 21.02.2025	Seite 1 von 8
--	---	--	------------------

	Bestückung NEF Kreis Steinfurt auf Basis des Ausbaus „Binz“ ab 2023	
		Stand: 01.02.2025
		ÄLRD

Tägliche Checkliste

Fahrzeugkontrolle (siehe DGUV Grundsatz 314-002, u. a. Fahrsicherheit Fahrzeug, Betriebsstoffe, Beleuchtung, Reifen, Beschädigungen, Beladung von Schneeketten? usw.)

Funktionskontrolle von Medizinprodukten und Medizingeräten gem. MPBetreibV/MDR/MPDG sowie nach Herstellervorgaben:

Defibrillator

Beatmungsgerät

Spritzenpumpe

Absauggerät

Mechanische Reanimationshilfe

Ultraschallgerät

Notfallrucksacksysteme

Fahrzeugbeladung

und weitere.

Erstellt durch (Autoren):	Gepüft durch:	Freigegeben durch:	Seite 2 von 8
Eschweiler, Georg	Arneinann, Philip am 15.02.2025	Eschweiler, Georg am 21.02.2025	

	Bestückung NEF Kreis Steinfurt auf Basis des Ausbaus „Binz“ ab 2023	
		Stand: 01.02.2025
		ÄLRD

Wöchentliche Beispielcheckliste

Die Regeldesinfektion und das Checken werden auf fünf Tage verteilt.

An dem jeweils letzten Wochentag im Monat ist die Ausstattung auf Verfall zu kontrollieren.

Medikamente und Materialien, die zum Monatsende verfallen, sind unmittelbar auszutauschen um eine Überschreitung zu vermeiden. Kühlungspflichtige Medikamente sind, wenn ungekühlt gelagert mit einem Aufkleber „Verwendbar bis...“ zu versehen. Mit gewärmten Infusionslösungen ist ebenso zu verfahren.

Montag	<ul style="list-style-type: none"> - Bz- Geräte testen - Checken und Desinfektion: <ul style="list-style-type: none"> o Fahrerraum o Ultraschallgerät
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> - Checken und Desinfektion: <ul style="list-style-type: none"> o Beatmungstasche o Notfallrucksack o Replantattasche o Sauerstofftasche
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> - Laryngoskop Akkuwechsel und laden - Checken und Desinfektion: <ul style="list-style-type: none"> o Kindernotfalltasche o Defibrillator o Beatmungsgerät o Absaugpumpe o Spritzenpumpe
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> - Checken und Desinfektion: <ul style="list-style-type: none"> o Desasterbag o Rollenfach o Schubladen und Rolladenschrank o Mechanische Reanimationshilfe und Akku-Rotation
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> - Kinderlaryngoskop Akkuwechsel und laden - Checken und Desinfektion: <ul style="list-style-type: none"> o Helm Fach o MANV Tasche o BtM Tresor o Thermo- und Kühlbox

Erstellt durch (Autoren):	Geprüft durch:	Freigegeben durch:	Seite 3 von 8
Eschweiler, Georg	Arnemann, Philip am 15.02.2025	Eschweiler, Georg am 21.02.2025	

Fahrerraum		
Toröffner Fzg. Halle + ggf. weitere Funkfernbedienungen		1
Einmalhandschuhe; jeweilige Größe für Fahrer/in und Notarzt / Notärztin		Je 1 Pkg
Handsprechfunkgerät Digital		2
Kladde		1
	DIVI Protokoll	5
	BTM Karteikarte Morphin	1
	BTM Karteikarte Fentanyl	1
	BTM Karteikarte Piritramid	1
	Faserstift rot	1
	Faserstift schwarz	1
	Schreibpapier	10
	Kugelschreiber	1
	Todesbescheinigung NRW	2
	Todesbescheinigung NDS	2
	ManV Funkkonzeptübersicht	1
	ManV Kurzübersicht	1
	Transportscheine	10
	Vordruck Unfallbericht bei Eigenunfall	1
	Stempel „Notarzt“	1
Handlampe		1
BSI Karte		1
Merkblätter Infektionstransporte		1
Bedienungsanleitung Fahrzeug (sofern nicht digital geführt)		1
Saugnapfschilder OPTA-Kennung		1
CO Warner		3
Fahrzeugcheckliste		1
Rettungsdienst Smartphone		1
Handyladekabel / Induktionslader		1
FFP 2 Masken		1 Pkg
Wachen-/Ortsbezogene Informationsordner		1
MDE in Ladehalterung		1

Fahrertür		
Handdesinfektionsmittel		1
Parkscheibe		1

Beifahrertür		
Handdesinfektionsmittel		1

Sonnenblende		
Übersicht Gesprächsgruppen Digitalfunk		1

Erstellt durch (Autoren): Eschweiler, Georg	Geprüft durch: Arnemann, Philip am 15.02.2025	Freigegeben durch: Eschweiler, Georg am 21.02.2025	Seite 4 von 8
--	---	--	------------------

Handschuhfach

Tankkarte	1
Sperrpostenschlüssel	1
Fahrzeugschein	1
Bedienungsanleitung Fahrzeug (sofern nicht digital geführt)	1
Aufzugkarte Universitätsklinikum Münster	1
Schlüssel Tür Notaufnahme Greven	1
ggf. Schlüssel / Tordrucker Wachgebiet bezogen	optional

BtM Ampullarium klein („am Mann“)

Fentanyl (0,5mg/10 ml)	1
Morphin 10mg / 1 ml)	1
Piritramid 15mg / 2 ml)	1
Midazolam (15mg / 3 ml)	1
MAD Set (1 ml Spritze und Aufsatz)	1

Seitenfach links

Feuerlöscher	1
Desasterbag (s. separate Checkliste)	1
BtM Tresor	
Fentanyl (0,5mg/10ml)	Max. 6 / Min. 3
Morphin (10mg/1ml)	Max. 6 / Min. 3
Piritramid (15mg/2ml)	Max. 6 / Min. 3
Midazolam (15mg/3ml)	2
Tavor Tablette (geblister)	2

Helmfach

Schutzhelm mit Helmlampe	3
ManV Tasche (siehe separate Checkliste)	1

Heck			
	Fach 1	Fach 2	Fach 3
	Fach 4	Fach 5	Fach 6 Fach 7
	Fach 8		
	Unterbodenschublade		
Fach 1			
	Einwegzudecke		2
	Stifneck Erwachsene		1
	Stifneck Kind		1
	Desinfektionsmitteltücher		1
Fach 2			
	Kindernotfalltasche (siehe separate Checkliste)		1
	Replantattasche		
	Künstliches Eis 0,5 kg		3
	Replantatbeutel Bein		1
	Replantatbeutel Hand		1
	Tourniquet		4
	Jonosteril 500ml		3
Fach 3			
	Schutzoverall Gr. L, XL, XXL, XXXL		je 2
	Schutzkittel		10
	Abfallbeutel		1 Rolle
	Face Shield		3
	Modultasche Brille/Maske		
	Schutzbrillen		3
	FFP 2 Maske		10
	Tasche Ultraschallgerät (siehe separate Checkliste)		
Fach 4 / 5			
	Defibrillator/Patientenmonitor Corpuls ³ (siehe separate Checkliste)		1
	Beatmungsgerät Oxylog (siehe separate Checkliste)		1
	Absauggerät, elektrisch (siehe separate Checkliste)		1
	Spritzenpumpe + Halterung + 230 V Netzteil		1
Fach 6			
	O ₂ -Tasche (siehe separate Checkliste)		1
			1
Fach 7			
	O ₂ -Tasche mit 5 Liter Kompositflasche und Druckminderer		1
Fach 8			
	Kreislaufucksack (siehe separate Checkliste)		1
Unterbodenschublade			

	Feuerwehrschtzhandschuhe	3
	Schnittschutzhandschuhe 3 Größen	je 2
	Warndreieck	1
	Warnweste (EN ISO 20471)	3
	Verbandkasten (DIN 13164)	1
	Bordwerkzeug	1
	Bolzenschneider	1
	Brechstange	1
	Schneeketten (bei Bedarf im Winter)	1

Innenraum hinten (Kühlbox)		
	Epinephrin 25ml (1mg/1ml)	2
	Rocuronium (100mg/10ml)	2

Innenraum hinten (Thermobox)		
	Jonosteril 500ml (6 Monate haltbar bei max. 40°)	2

Innenraum Rolladenschrank		
Modultasche (grün) Spritzenpumpe		
	Leitung für Spritzenpumpe	4
	Perfusorspritze 50ml	2
	Dreiwegehahn	3
Modultasche (gelb) Defibrillator		
C3-Testgerät verbleibt auf der Wache	EKG-Papier	1
	Defibrillatorelektrode, Erwachsene	1
	EKG Klebelektrode, Erwachsene	1 Pkg.
	CO ₂ -Einwegadapter (Hauptstrom)	1
	CO ₂ -Nasal/Oral-Einwegadapter	1
	Blutdruckmanschette Gr. 13	1
	Temperatursonde, Einweg	1
Modultasche (rot) invasive Druckmessung		
	IBD-Kontaktboard-GO+	1
	IBD-Adapterkabel Defibrillator	1
	IBD-Druckmessset	2
	Druckinfusionsmanschette	1
Modultasche (blau) Spatel		
	Spatel Mc GRATH X-Blade	1
	Spatel Mc GRATH 1	1
	Spatel Mc GRATH 2	1
	Spatel Mc GRATH 3	1
	Spatel Mc GRATH 4	1
	Beatmungsschlauch Erwachsene	1
	Beatmungsschlauch Kind	1
	Beatmungsbeutelset Erwachsene	1
	Infusionsbesteck	3

Druckerpapier MDE	1
-------------------	---

Schubladen

oben		
	Atropinsulfat (100mg/10 ml)	1
	Ammola Riechstäbchen	2
	Glucose 5% 100 ml	1
	Levetiracetam 500 mg / 5 ml	10
	Natriumbicarbonat (NaBic) 8,4% 100 ml	1
	Sab simplex Flasche 30 ml	1
	Metalyse 10.000 U	1
	Ultracarbon (Medizinische Kohle)	2
	Norepinephrin (Sinora) 1mg/1ml (nicht kühlpflichtig)	5
	MAD Set (1 ml Spritze und Aufsatz)	2
mitte		
	Einmalhandschuhe Gr. S	1 Pck.
	Einmalhandschuhe Gr. M	1 Pck.
	LUCAS 230V Netzteil	1
unten		
	Einmalhandschuhe Gr. L	1 Pck.
	Einmalhandschuhe Gr. XL	1 Pck.
	FFP2 Masken	1 Pck.

Seitenfach rechts

Rettungsschere	1
LUCAS Rucksack (angeschlossen an 12V Ladung) (siehe separate Checkliste)	1

Erstellt durch (Autoren): Eschweiler, Georg	Geprüft durch: Arnemann, Philip am 15.02.2025	Freigegeben durch: Eschweiler, Georg am 21.02.2025	Seite 8 von 8
--	---	--	------------------